

## Betten und Patientencheck nach der Übergabe

### Bettencheck

Ambu-Beutel® vorhanden und verschlossen, ggf. einsatzbereit

aktuelle Laufraten überprüfen und dokumentieren  
(Abgleich mit den ärztlichen Anordnungen)

Alarmgrenzen (Monitor & Beatmung) patientenorientiert  
anpassen und kontrollieren

Beatmungsgerät aufgerüstet und einsatzbereit

Kontrolle der elektrischen Absaugung  
(Absaugkatheter in verschiedenen Größen ausreichend vorhanden)

Schublade: Inhalation- und Sauerstoffmaske, „Tannenbaum“,  
Fingertips vorhanden

Aquapack und Sauerstoffbrille vorhanden

### Patientencheck

richtiger Patient im richtigen Bett

Vitaldaten ablesen und dokumentieren, ggf. neurologischer Check (GCS)

Zu- und Ableitungen überprüfen und dokumentieren, Verbandskontrolle,  
Auskultation der Lunge, Nullabgleich der Druckparameter, Sogkontrolle der Thoraxdrainage

Schmerzerfassung und Dokumentation

**Rücksprache mit der vorherigen  
Schicht bezüglich aller  
Unklarheiten!**



Abb. 1

## Quelle

### **Bild:**

#### Abb. 1:

<https://twitter.com/mlcartoons> (Zugriff am 15.03.2019, 14:00)

### **Literatur:**

Einarbeitungsbuch - Pflegerischer Dienst (Intensivstation) vom Krankenhaus der Augustinerinnen (2015), Seite 12.